



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی

نحوه استفاده از پالس اکسیمتر در منزل

پالس اکسیمتر دستگاهی کوچک و سبک وزنی است که برای اندازه گیری میزان اکسیژن خون استفاده می شود. این دستگاه به نوک انگشت دست یا انگشت پا یا لاله گوش متصل می شود. دستگاه پالس اکسیمتر تعداد ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون را نشان می دهد. روی صفحه نمایش آن میزان اکسیژن خون را با SpO_2 نشان می دهد. میزان اشباع اکسیژن خون در حالت طبیعی 95% یا بیشتر است و اگر کمتر از 92% باشد خطرناک خواهد بود و بر سلامتی فرد تأثیرات نامطلوبی خواهد گذاشت، از جمله این عوارض درد قفسه سینه، تنگی نفس و افزایش ضربان قلب خواهد بود.



مراحل انجام کار با دستگاه پالس اکسیمتر

- دفترچه‌ی راهنمای دستگاه به صورت دقیق مطالعه شود .
- مطمئن شوید که ناخن مربوطه با ناخن مصنوعی، لاک یا ماده دیگری پوشانده نشده است.
- در صورت نیاز، ناخن را با برس ناخن تمیز کنید .
- در صورت لزوم، روی سنسور پروب را با پنبه الکلی تمیز شود .
- سنسور طوری به انگشت وصل باشد که چراغ نوری و سنسور پروب در دو نقطه مقابل هم قرار گیرند.
- در صورت لزوم ناخن بیمار را کوتاه شود .
- دست بیمار، هم سطح قلب بیمار قرار گیرد .
- پروب از قرارگیری در معرض نور شدید محافظت شود. در صورت امکان، بالای سر بیمار، نور شدید، روشن نباشد.
- چندین بار پروب از نظر محل قرارگیری و پوست از نظر خراش و اختلال در گردش خون چک شود.
- پروب هر ۴ ساعت جابجا شود تا از تحریک پوست پیشگیری شود .
- میزان اشباع اکسیژن خون، یادداشت شود .
- تعداد نبض بیمار با نبض ثبت شده روی دستگاه پالس اکسیمتر مقایسه شود .

چگونگی مراقبت از پالس اکسیمتر

برای اینکه دستگاه عمر طولانی داشته باشد بایستی نکات زیر رعایت شود:

- پروبی که بر روی انگشت قرار میگیرد را باید با پنبه آغشته به الکل یا پنبه الکل تمیز شود.
- در این دستگاه از باطری سرب و اسید استفاده میشود، به همین دلیل نباید شارژ باطری آن به طور کامل تمام شود.
- اکثر پالس اکسیمترهای انگشتی، باتری غیرقابل شارژ دارند، لذا در صورت امکان از باتری های مرغوب استفاده شود تا میزان دقت دستگاه خوب باشد.

عواملی که باعث می شوند پالس اکسیمتر میزان دقیق اکسیژن اشباع را نشان ندهد،

شامل موارد زیر می باشد:

- انگشت بیمار لاک ناخن داشته باشد .
- فرد در معرض نور شدید قرار گرفته باشد .
- دمای بدن، پایین باشد .
- فشار خون فرد بسیار بالا یا بسیار پایین باشد .
- اگر فرد مسمومیت با مونوکسید کربن داشته باشد .

با آرزوی سلامتی برای همه عزیزان

تهیه کننده: افسون توفیق - کارشناس ارشد پرستاری

تأیید کننده: مهندس محبوبه محبتی - کارشناس ارشد پزشکی

بهار ۱۴۰۴

EDU-PT-138/A

